



IG NITNET

Qualitätssicherungssystem für Getreide, Öl-und Hülsenfrüchte

Zertifikat 2017

Muster-Getreidehandels GmbH
Otto-Lilienthal-Straße 4
55232 Alzey

Infratec/Inframatic Seriennummer: 1241 9876

**Das Eiweiß-und Feuchtemessgerät hat im Jahre 2017 beim
Vorernteabgleich teilgenommen**

Die Messwerte für Eiweiß in Getreide lagen im Mittel innerhalb des Korridors größer/gleich +0,2/-0,2 %
zum Referenzwert.

Die Messwerte für Öl in Raps lagen im Mittel innerhalb des Korridors größer/gleich +0,5/-0,5 % zum Markt-
Referenzwert.

Alzey, im Sommer 2017



(Friedrich Ellerbrock, Geschäftsführer)

(Kathrin Wenzel, Operator)

Interessengemeinschaft (IG) NITNET
Otto-Lilienthal-Straße 4, 55232 Alzey
Tel.: 06731/95107000 Fax.: 06731/95107070
www.ig-nitnet.de

