



# IG NITNET

Qualitätssicherungssystem für Getreide, Öl- und Hülsenfrüchte

## Zertifikat 2019

Muster-Getreidehandels GmbH

Otto-Lilienthal-Straße 4

55232 Alzey

Infratec/Inframatic Seriennummer: 1241 9876

**Das Eiweiß- und Feuchtemessgerät hat im Jahre 2019 beim  
Vorernteabgleich teilgenommen**

Die Messwerte für Eiweiß in Getreide lagen im Mittel innerhalb des Korridors größer/gleich +0,2/-0,2 % zum Referenzwert.

Die Messwerte für Öl in Raps lagen im Mittel innerhalb des Korridors größer/gleich +0,5/-0,5 % zum Markt-Referenzwert.

Alzey, im Sommer 2019

(Friedrich Ellerbrock, Geschäftsführer)

(Kathrin Wenzel, Operator)

Interessengemeinschaft (IG) NITNET

Otto-Lilienthal-Straße 4, 55232 Alzey

Tel.: 06731/95107000 Fax.: 06731/95107070

[www.ig-nitnet.de](http://www.ig-nitnet.de)

